

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
TRUNG TÂM Y TẾ CẨM XUYỀN

Số: /TTYT-KD

V/v yêu cầu báo giá Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy Plasma lạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá mua sắm Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy Plasma lạnh năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Số 36 Đường Hà Huy Tập - Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Văn Long Chức vụ: Trưởng Khoa Dược

Số điện thoại: 0916870999 Địa chỉ email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm y tế Cẩm Xuyên, Số 36 Đường Hà Huy Tập - Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

Đồng thời, nhận qua email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 08 năm 2026 đến trước 16h ngày 19 tháng 08 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá kèm theo bảng mô tả tính năng, cấu hình kỹ thuật đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm y tế Cẩm Xuyên - Địa chỉ: Số 36 Đường Hà Huy Tập - Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản

- Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao do quá trình vận chuyển.

- Có hướng dẫn bảo quản

3. Các thông tin khác: Nhà thầu thực hiện báo giá theo đúng Mẫu báo giá quy định.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các hàng hoá)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KD

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Long

DANH MỤC HÀNG HÓA KÈM YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ

(Kèm theo thư mời báo giá số /TTYTCX-KD Ngày tháng năm 2026 của Trung tâm y tế Cẩm Xuyên)

Stt	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị	Số lượng
1	Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy Plasma lạnh	- Khí AirMAC được sản xuất từ thành phần chính là khí Argon độ tinh khiết 99,9999% (6.0) - Thành phần vết các hợp chất được kiểm soát là: $H_2O \leq 0.2\text{ppm}$; $O_2 \leq 0.2\text{ ppm}$; $N_2 \leq 0.5\text{ ppm}$; CO_2 và $CO \leq 0.1\text{ ppm}$. - Dùng cho Máy Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương (PLASMAMED) * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít - Kích thước bao gồm quai xách: 160 x 700 (mm) ($\pm 5\%$) - Áp suất an toàn của bình chứa: 225 Bar - Áp suất làm việc tối đa: 150 Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130Bar ($\pm 5\%$) * Kết nối: - Chuẩn kết nối CGA 870 - Giao diện nối điện tử: HDMI (Để truy xuất nguồn gốc nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm) <i>* Lưu ý: Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm.</i> <u>3. Yêu cầu khác</u> <i>Nhà thầu cho mượn thiết bị y tế để sử dụng hàng hóa trúng thầu. Thiết bị y tế cho mượn phải có chứng nhận lưu hành của Bộ y tế phân loại C,D và phù hợp với các chỉ định được bộ y tế ban hành cho kỹ thuật chiếu tia Plasma lạnh.</i>	Khí nén trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít	Bình	16
Tổng 1 khoản					